

美体和美容

电蚀除毛

有哪些健康风险？

您和您的客户有感染爱滋病（简称 HIV）、乙肝、丙肝或其它微生物（例如细菌或真菌）的风险。

在发生感染时，您不一定能在装备或表面上看到血液或体液。

在您开始服务之前：

- 准备好所有将会使用的用品及装备。
- 用一次性塑料套盖好脱毛线。
- 使用洗手液和温自来水洗手至少 20 秒钟，然后用一次性纸巾擦干手，请参阅**洗手海报**。
- 戴上全新的一次性手套。
- 检查客户的皮肤或身体，确保您将作业的区域周围无切口、伤口、皮疹或肉眼可见的感染。
- 使用干净的一次性棉签取用消毒水（例如碘或 70%的异丙醇）清洗皮肤。
- 使用经灭菌处理且预先包装好的针。当客户的面打开经灭菌处理的包装。
- 将针插入脱毛器，请勿用手直接接触。

在您完成服务之后：

- 使用一次性棉签或戴上干净手套涂抹消毒水/药膏/温和收敛剂。
- 即使在服务期间已经戴上了手套，也要使用洗手液和温自来水洗手至少 20 秒钟，然后用一次性纸巾擦干手。请参阅**洗手海报**。
- 向客户提供电蚀除毛后的口头及书面调养指示。指示应包括：
 - 避免接触皮肤或仅用清洗过的手接触皮肤；
 - 避免在经处理的区域上使用化妆品或任何美容产品。
- 将锐器丢弃在获认可的防刺破锐器盒中。切勿将锐器盒装得太满、腾空或接触其中的物件。切勿将锐器丢弃在市政垃圾桶中。
- 在服务每名客户之后，清洗*用于拔除毛发的镊子，然后使用中效消毒液（例如70%的异丙醇）进行消毒，将镊子放入消毒液浸泡10分钟。
- 清洗*用于将针插入电解仪器的镊子，然后使用高效消毒液（例如由¼杯漂白剂加 2¼杯水稀释成的漂白剂溶液）进行消毒。将镊子放入消毒液浸泡 10 分钟。
- 在服务每名客户之后，清洗*可重复使用的持针钳，然后使用高效消毒液（例如由¼杯漂白剂加 2¼杯水稀释而成的漂白剂溶液）进行消毒，让消毒液接触持针钳表面 10 分钟。
- 在服务每名客户之后，立即丢弃一次性脱毛线套，**或**，
- 在服务每名客户之后，清洗*脱毛线，然后使用中效消毒液（如 70%的异丙醇）进行消毒。
- 在服务每名客户之后，清洗*脱毛器按钮/旋钮控制器，然后使用低效消毒液擦拭，或盖上一次性的塑料膜。
- 在服务每名客户后，清洗*头枕、工作台及床，然后使用低效消毒液（例如 1 茶匙漂白剂加 10 杯水）进行消毒，让消毒液接触表面 10 分钟。
- 客户记录及血液和体液接触事故记录至少在现场保存一年，并且至少在档案上保存五年。

美体和美容

*请参阅基本和操作要求资料表，以了解详细的清洗和消毒步骤。

记录：

- 电蚀除毛是一个侵入式操作必须保存接受侵入式操作的每名客户的记录。该记录必须包括：
 - 操作日期；
 - 个人服务员工的全名（姓和名）；
 - 客户姓名（姓和名）；
 - 完整的邮递地址；
 - 电话号码；
 - 已实施操作的详情。
- 客户记录及血液和体液接触事故记录至少在现场保存一年，并且至少在档案上保存五年。

额外要求：

- 电流通过电解针产生的温度不能达到足以对针灭菌的热度：针必须预先包装好，经灭菌且仅可使用一次。**不得**储存及重复使用针，即使用于同一名客户。
- 切勿使用镊子或其他器具拔除内生毛发。
- 仅可使用一次性消毒针/柳叶刀将内生毛发挑掉，然后使用镊子将毛发拉出来。
- 用一次性刮铲或压舌板除去所有消毒剂或药膏。切勿重复浸蘸。

资料来源：Ministry of Health and Long Term Care, Infection Prevention and Control Best Practices for Personal Services Settings, January 2009.

2010年10月